



Број: 01-403/1
Датум: 21.01.2015

Улица Краља Милутина бр. 1
34000 Крагујевац
ПИБ 101041243

tel + 381 34 323 208
fax + 381 34 323 541
domzdrkg@microsky.net
www.dzkg.rs



АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Дом здравља Крагујевац

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ КАО НАРУЧИЛАЦ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.23/14- УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ И БАЖДАРЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ДАЈЕ ОДГОВОР:

У поступку Јавне набавке мале вредности бр. 23/2014, Услуге поправке и одржавање медицинске опреме и баждарење медицинских инструмената, заинтересовано лице је затражило одговор на следећа питања:

Питање 1.

“Молимо Вас да раздвојите Партију бр.1 на две партије, и то на Партију бр.1 која обухвата сервис и одржавања мамографског апарата, и Партију бр.2 која обухвата осталу опрему дефинисану под Партијом 1 тендерске документације по јавној набавци бр. МВ-23/14.”

Одговор 1:

ДЗ Крагујевац вам даје следећи одговор: Финансијским планом за 2015год. и расположивим средствима ДЗ Крагујевац као наручилац има могућности за набавку услуга како одржавања тако истовремено и за поправке апарата из прве партије. Наручилац није у могућности да издвоји средства посебно за поправку и посебно за одржавање опреме. ДЗ Крагујевац сматра да постоји понуђач који је у могућности да истовремено и одржава и сервисира опрему и остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

Питање 2.

“Молимо Вас да унесете и посебну колону за цену путних трошкова и амортизације по интервенцији. Тиме би се избегло да понуђачи морају укалкулисати и ове трошкове у радне сате, а пошто се број радних сати не може унапред знати за сваку врсту интервенције, тиме би се сам оглашавач заштитио од непотребних трошкова тј. од увећаних цена радних сати.”

Одговор 2:

ДЗ Крагујевац остаје при својим захтевима из конкурсне документације И пружалац услуга је у обавези да цену путних трошкова и амортизације урачуна у цену радног сата.

Питање 3.

“Молимо Вас да унесете у тендерску документацију и понуду за извршење редовног сервиса Мамографа Lorad MIV, произвођача Hologic USA, са контролом квалитета за наведени мамограф, са дефинисаним временским периодом извршења интервенције од 6 месеци.”

Одговор 3:

Одговор је дат кроз одговор на питање бр. 1.

Питање 4.

“Молимо Вас да поред дефинисања редовног 6-месечног одржавања уређаја са контролом квалитета (дефинисано у Питању бр. 3), извршите и додавање захтева да понуђач МОРА имати минимум 2 сертификована техничка лица (сервисера) од стране произвођача опреме, која су обучена да врше сервис и одржавање наведеног Мамографа.”

Одговор 4:

ДЗ Крагујевац даје као одговор да је изабрани понуђач одговоран за стручност својих сервисера као и за извршену поправку апарата и ДЗ Крагујевац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

Дом здравља Крагујевац
Комисија за јавне набавке